



Imposta di bollo
assolto mediante
versamento in c/c
postale ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R.
11/2/1998 N. 95

Mod. D.G.M. 47

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE SERVIZI INTEGRATI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi

☒ via di Settebagni n° 333 ☎ 06-87288.1, ☎ 06-87133903
00138 ROMA

Roma, 14/01/2005

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

- Visto l'articolo 186 del decreto legislativo del 30 Aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);
- Visto l'articolo 379 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del N.C.d.S.;
- Visto il D.M. 22/maggio/1990 n° 196;
- Vista la domanda in data 5/02/2004 presentata dalla Soc. MORGAN ITALIA s.r.l., via A. Gramsci n° 20, 40068 S. Lazzaro di Savena (Bologna). (prot. N° 1068 del 6/02/04) con sede in Corsico (Mi) via Galvani, 7 mandataria per l'Italia della Soc. Soc. LION LABORATORIES LTD, Ty Verlon Industrial Estate, Barry.intesa ad ottenere l'omologazione dell'etilometro

tipo : Lion INTOXILYZER 8000.

- Visto il verbale n° 1068/et/04/RM in data 7/12/2004 di questo CSRPAD

SI DICHIARA OMOLOGATO

Il tipo di etilometro sopra specificato, le cui caratteristiche sono state accertate conformi alla documentazione tecnica allegata alla domanda ed alle prescrizioni di legge con la stesura del verbale citato.

Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa su targhetta la seguente dicitura :

OM 00533 et

Per l'attrezzatura di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità congiuntamente al libretto metrologico. Gli apparecchi prodotti prima di essere utilizzati dagli Organi di Polizia devono essere sottoposti alla verifica preventiva presso il Laboratorio etilometri del CSRPAD.. Per ogni esemplare di tale attrezzatura si dovrà annotare, su apposito registro con numerazione progressiva e relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate.

vs/VS

Per IL DIRETTORE
(dott. Ing. Carlo Alberto Barbis)
IL DIRETTORE DEL SIT
(dott. Ing. Franco Giannetti)

